



Darstellung:
Medizinlampe
22,8V 50W
(Ersatz: A0847805)

Artikel-Nr.:
870028850M

Seite	100-1
Index	Datum
c	17.12.07
d	19.01.09
e	03.12.10
f	19.03.24

gez.:	A.Friedrich	12.07.06
gepr.:	<i>WF</i>	20.3.24
gepr.:	<i>Wit</i>	20.3.24
Maßstab: 1/1		[mm]

Eigentum von:
property of: Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH
Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

Tel.: 06432/9131-0
Fax: 06432/62069
E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de

Messspannung:	24V						
Messposition	parallel zur Photozellenachse						
Ein-Ausschalt-Zyklus	-						
Einzelheiten	Eine Stunde altern bei Betriebsspannung, zum Messen 2Min. einbrennen						
Eigenschaft	Wert	[]	Tol.	Spezifikation	Typ	AQL	Instruktionen
Spannung	22,8	V					
Leistung	50	W	±10%				
Lichtstrom	1000	lm	min.				
Lichtausbeute	22	lm/W					
Lebensdauer	700	h					
Überspannungstest	10	%					
Sockel	Sondersockel						

Darstellung: Medizinlampe 22,8V 50W (Ersatz:A0847805)	Artikel-Nr.: 870028850M	Seite	100-2	gez.:	A.Friedrich	12.07.06
		Index	Datum	gepr.:	<i>VF</i>	20.3.24
		a	02.12.10	freig.:	<i>Wito</i>	20.3.24
		b	19.03.24	Maßstab:		[]
		c				

Eigentum von: property of:	Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH Nikolaus-Otto-Straße D-65582 Diez/Lahn zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001	Tel.: 06432/9131-0 Fax: 06432/62069 E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de
-------------------------------	--	---